

 ... sicher und geborgen	Handbuch Qualitätsmanagement Behandlungspflege Sauerstoff-Gabe	Kap. D.7.1.2.9
-----------------------------	---	---------------------------------

8. Sauerstoff - Gabe

- Vor allen Manipulationen an Systemen zur Sauerstoff – Gabe ist eine hygienische Händedesinfektion durchzuführen
- Einmalsterilwassersystem (z. B. Aqua pak) bei Anbruch mit Datum versehen (Anbruch und Verbrauchsdatum anschreiben; maximale Standzeit s. Herstellerangaben)
- Wechsel von Sauerstoffschlauch, Sauerstoff-Sonde, Brille oder Maske bei Bewohnerbezogenem Einsatz nach 24 Stunden
- Bei Bewohnerwechsel ist das komplette Schlauchsystem zu erneuern (Sauerstoffschlauch und Sauerstoffsonde, Brille, Maske)
- Das Flowmeter wird 1x täglich wischdesinfiziert

Freigabe/ GF	Geprüft	Bearbeiter	Version	Datum	Seite
Frau Busch	QMB	QMB	QMH 2.2	Oktober 2025	Seite 1 von 1