

Gerätename/Typ: Inventar Nr.: Standort:

Funktionsüberprüfung vor jeder Inbetriebnahme durch Anwender:

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1. | Sichtkontrolle auf äußere Beschädigung | 6. | Netzausfall – Alarm überprüfen. Hierzu Netzstecker ziehen. |
| 2. | „Respiflo“ ist nicht länger als 5 Wochen am Gerät (Datum beachten) | 7. | Netzstecker wieder in Steckdose stecken. Der Alarm muss ausgehen |
| 3. | Luftansaugschlitze sind wöchentlich mit Pinsel gereinigt | 8. | Gerät am Hauptschalter ausschalten |
| 4. | Sauerstoffkonztrator in Betrieb nehmen. Danach: | 9. | 1x jährlich Wartung durch Lieferant |
| | <ul style="list-style-type: none"> • leuchtet die Betriebsanzeige grün • die Störungsanzeige kurzzeitig rot • es ertönt ein kurzes akustisches Signal | | |
| 5. | Flow von 2 l/ Min. am Drehknopf für Sauerstoff einstellen | | |

Freigabe GF	Geprüft	Bearbeiter	Version	Datum	Seite
Frau Busch	QMB	QMB	QMH 2.0	Februar 2024	Seite 1 von 1